

Chlorine Dioxide HR
0.00 - 6.65 mg/l ClO₂



Attention!

Reagents for chemical analyses only! Do not ingest! Keep out of the reach of children! Store in a cool and dry place! Protect from frost! Protect the parameter stick from moisture.



Achtung!

Reagenzien nur für chemische Analysen! Nicht verschlucken! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Kühl und trocken lagern! Vor Frost schützen! Den Parameter-Stick vor Feuchtigkeit schützen.



¡Atención!

¡Reactivos sólo para análisis químicos! ¡No ingerir! Manténgase fuera del alcance de los niños. ¡Conse- var en lugar fresco y seco! ¡Proteger de las heladas! Proteger el stick de parámetros de la humedad.



Attenzione!

Reagenti solo per analisi chimiche! Non ingerire! Tenere fuori dalla portata dei bambini! Conservare in luogo fresco e asciutto! Proteggere dal gelo! Proteggere lo stick di misurazione dall'umidità.



Attention!

Réactifs uniquement pour les analyses chimiques ! Ne pas ingérer ! Ne doit pas être laissé à la portée des enfants ! Conserver au frais et au sec ! Protéger du gel ! Protéger le stick de paramètres de l'humidité.



Reagents



Reagenzien



Reactivos



Reagenti



Réactifs



FTS900

TbsHGC
Glycine Photometer*

TbsRP1
DPD No.1 Rapid




WATER-I.D.[®]

WATER TESTING EQUIPMENT ●●●


1

Fill with 10 ml
water sample




4

1 x DPD No.1
Rapid



2

1 x Glycine*
Photometer



3

Dissolve tablet
COMPLETELY



5

Dissolve tablet
COMPLETELY



6

Insert FTS900 stick
Chlorine Dioxide HR
0.00 - 6.65 mg/l ClO₂



***Only if your sample
contains Chlorine as well, add
and dissolve a GLYCINE tablet
before adding DPD 1 reagent!**

Water-i.d. GmbH
Daimlerstr. 20
D-76344 Eggenstein
Tel. +49 (0) 721 - 782029-0
Fax +49 (0) 721 - 782029-11
www.water-id.com
info@water-id.com

QUALITY REAGENTS
MADE IN GERMANY

