

FLEXI TESTER[®] FTS3500

Fluoride
0.0 - 2.0 mg/l F⁻



QUALITY REAGENTS
MADE IN GERMANY



Attention!

Reagents for chemical analyses only! Do not ingest! Keep out of the reach of children! Store in a cool and dry place! Protect from frost! Protect the parameter stick from moisture.



Achtung!

Reagenzien nur für chemische Analysen! Nicht verschlucken! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Kühl und trocken lagern! Vor Frost schützen! Den Parameter-Stick vor Feuchtigkeit schützen.



¡Atención!

¡Reactivos sólo para análisis químicos! ¡No ingerir! Manténgase fuera del alcance de los niños. ¡Conservar en lugar fresco y seco! ¡Proteger de las heladas! Proteger el stick de parámetros de la humedad.



Attenzione!

Reagenti solo per analisi chimiche! Non ingerire! Tenere fuori dalla portata dei bambini! Conservare in luogo fresco e asciutto! Proteggere dal gelo! Proteggere lo stick di misurazione dall'umidità.



Attention!

Réactifs uniquement pour les analyses chimiques ! Ne pas ingérer ! Ne doit pas être laissé à la portée des enfants ! Conservé au frais et au sec ! Protéger du gel ! Protéger le stick de paramètres de l'humidité.



Reagents



Reagenzien



Reactivos



Reagenti



Réactifs



FTS3500

PL65Fluoride1
PL Fluoride No.1


PL65Fluoride2
PL Fluoride No.2




WATER-I.D.[®]

WATER TESTING EQUIPMENT ●●●


1 Fill with 10 ml water sample




2 *8 drops PL Fluoride No.2




3



4 40 drops (= 1.6 ml) PL Fluoride No.1



5



6

Insert FTS3500 stick

Fluoride
0.0 - 2.0 mg/l F⁻



***Only if your sample contains Chlorine as well, add PL Fluoride No.2 before adding PL Fluoride No.1!**

If your sample does not contain Chlorine, skip 2 and 3.

Water-i.d. GmbH
Daimlerstr. 20
D-76344 Eggenstein
Tel. +49 (0) 721 - 782029-0
Fax +49 (0) 721 - 782029-11
www.water-id.com
info@water-id.com

QUALITY REAGENTS
MADE IN GERMANY

